

Rozsah akreditácie

Názov akreditovaného subjektu: **Narimex, spol. s r.o.**
Kalibračné laboratórium
 Jungmannova 6, 851 01 Bratislava

Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

| Položka | Druh meradla, meracieho prostriedku | Merací rozsah | Rozšírená neistota merania $U_{k=2}$ | Zavedené metódy | | Ostatné špecifikácie |
|---------|--|--------------------|--------------------------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Druh / Princíp | Označenie | |
| 1 | Momentové kľúče a rotačné uťahovačky | (0,04 až 2,00) Nm | 0,95 % | Priame porovnanie s etalónovým prístrojom momentu sily | STN EN ISO 6789 (KP 01) | Kalibrácia vykonaná v laboratóriu / u zákazníka |
| | | (1,25 až 25,00) Nm | 0,81 % | | | |
| | | (7,5 až 150,0) Nm | 0,4 % | | | |
| | | (20 až 400) Nm | 0,4 % | | | |
| | | (30 až 1500) Nm | 0,73 % | | | |
| | | (600 až 7000) Nm | 0,56 % | | | |
| 2 | Skúšobné zariadenia a snímače momentu sily | (0,04 až 2,50) Nm | 0,04 % | Priame porovnanie s etalónovým prístrojom momentu sily | BS 7882-2008 (KP 02) | Kalibrácia vykonaná v laboratóriu / u zákazníka |
| | | (0,5 až 50,0) Nm | 0,02 % | | | |
| | | (5 až 500) Nm | 0,04 % | | | |
| | | (20 až 2000) Nm | 0,06 % | | | |
| 3 | neobsadené | | | | | |
| 4 | Rotačné uťahovačky | (0,4 až 2,0) Nm | 0,93 % | Priame porovnanie s etalónovým prístrojom momentu sily a uhlu otočenia | ISO 5393 (KP 03) | Kalibrácia vykonaná v laboratóriu / u zákazníka |
| | | (0,5 až 10,0) Nm | 1,3 % | | | |
| | | (10 až 50) Nm | 0,76 % | | | |
| | | (50 až 250) Nm | 0,65 % | | | |
| | | (100 až 500) Nm | 0,87 % | | | |
| | | n(0 až 360) ° | 1,2 ° | | | |

POZNÁMKY:

KP – kalibračný postup

Meracie rozsahy sú členené v závislosti od použitého etalónového snímača

